



やさしいつけ心地でしっかりガード!

サラヤ サージカルマスク V

不織布3層構造

ウイルス飛まつ・細菌飛まつをカット

**極細
繊維 フィルター** 採用

マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。

JIS T 9001適合

医療用クラスII

鼻のすきまを防ぐ
ノーズピース耳にソフトな感触
丸ゴムイヤースト頬のカーブに沿った
フィットライン

日本産業規格 JIS T 9001

医療用マスククラス II 規格適合番号 M22109020

適合番号発行元: JHPIA

試験項目	PFE	BFE	VFE	可燃性	血液バリア	安全衛生
規格値	≥98%	≥98%	≥98%	(区分1)	16.0 kPa	・通気性
適合判定	○	○	○	○	○	○

※PFE: 微小粒子捕集効率、BFE: バクテリア飛まつ捕集効率、VFE: ウイルス飛まつ捕集効率


※血液バリア: 人工血液バリア性、安全衛生・通気性: 圧力損失、遊離ホルムアルデヒド、蛍光試験



Point

- 不織布3層構造フィルターで、ウイルス・細菌飛まつ等をカットします。
- イヤーストの接着面が肌にあたらないようにしました。
- 耳にソフトな感触、丸ゴムイヤーストを採用しています。
- 鼻の形に変形できる樹脂製ノーズピース付です。
- 頬にピッタリフィット、やさしいつけ心地でしっかりガードします。

マスクサイズ

**50枚入**フリーサイズ
色: ホワイト

品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
サラヤ サージカルマスク V	フリーサイズ (ホワイト)	50枚入×20箱	51179	49-87696-51179-8

- 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。
- 掲載製品の詳細については、取扱店または当社にお尋ねください。
- 記載内容は2021年10月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
TEL: 06-6797-2525 <http://www.saraya.com/>